

11.0. УТВЕРЖДАЮ  
Зам. генерального директора -  
главный инженер  
ОАО «ИНТЕГРАЛ»  
Н.С.Ковальчук  
03.01 2024 г.

Техническое задание  
на приобретение цифрового осциллографа для производства «ФОТЭК»

**Назначение оборудования:**

для выполнения ремонтных работ на установках «ВТО SNT-Sigma-400V»,  
ЭМ-5289, ЭМ-6329Р, ЭМ5001В

**Область использования:**

настройка и ремонт оборудования.

**Технические характеристики оборудования:**

Осциллограф должен иметь следующие характеристики:

1. Предел аналоговой полосы частот — не менее 200 МГц.
2. Количество каналов — не менее 2.
3. Входная чувствительность — не хуже: от 2 мВ/деление до 5 В/деление.
4. Время нарастания — не более 2,0 наносекунд.
5. Вертикальное разрешение — не менее 8 bit.
6. Максимальное входное напряжение, не менее - AC: 600V, DC: 800V
7. Дискретизация реального времени, не менее - 1 ГГц при 1 канале, 0.5 ГГц в 2-х канальном режиме.
8. В комплекте щупы (не менее 2 шт.), кабель питания, кабель USB.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

Гарантия – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приемо-сдаточных испытаний.

Начальник производства «ФОТЭК»

Начальник службы РОО



С.В. Тарасевич

В.Д. Ярошевич

Согласовано:

/ И.о. зам. директора филиала ЗПП по тех. вопросам

Главный механик ОАО «ИНТЕГРАЛ»

Главный технолог ОАО «ИНТЕГРАЛ»



В.Е. Шиколо

В.М. Курбат

А.В. Булыгин

63-06 Ярошевич



... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..

...

... ..  
... ..