

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
Унитарного предприятия  
«Запад-Транснефтепродукт»  
А.Г.Шишкин  
21.03.2023 г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес проектирующей организации	-	-
2	Наименование и адрес предприятия - заказчика	-	Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт», РБ г.Мозырь, ул.Котловца 29
3	Общее количество каналов измерения	-	3
4	Диапазон измерения напряжения постоянного тока канала 1, не менее	В	±1; ±10; ±100
5	Диапазон измерения напряжения постоянного тока канала 2 не менее	В	±1; ±10
6	Диапазон измерения напряжения постоянного тока канала 3, не менее (при наличии)	мВ	±100; ±1000
7	Диапазон измерения напряжения постоянного тока канала 4, не менее (при наличии)	В	-
8	Диапазон измерения постоянного тока, не менее	А	от 0,001 до 9999
9	Поляризационный потенциал ±5 В	-	наличие
10	Наличие внешних шунтов для измерения тока	-	75 мВ, 7,5 мА, 75 мА, 150 мА
11	Входное сопротивление каналов, не менее - все каналы, кроме предела 100 В на первом канале - первый канал на пределе 100 В	МОм	400 10
12	Время работы от АКБ без подзарядки, не менее	ч	20
13	Рабочий температурный диапазон, не менее	°С	от минус 10 до плюс 55
14	Степень защиты от внешних воздействий, не менее	-	IP65
15	Интерфейс связи с ПК	-	USB
16	Программное обеспечение	-	Да

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ТПР-2024-ОЛ.6.5			
						Приобретение оборудования, не требующего монтажа			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Измеритель-регистратор напряжений	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	2
Нач.отдела									
ГИП						Типовой опросный лист			




№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
17	Наличие паспорта, формуляра	-	Да
18	Наличие свидетельства о поверке СИ	-	Да
19	Обязательная комплектация	-	Измеритель-регистратор, сетевой адаптер, измерительные провода, зажим «крокодил» в изоляции, Сумка для транспортировки программное обеспечение, кабель для зарядки, коммуникатор на базе Android
20	Наличие руководства по эксплуатации на русском языке	-	Да

Согласовано (наименование ОСТ):

Начальник отдела ОМТСиК

Главный энергетик

Инженер по метрологии

	Н.В.Трошко (Ф.И.О)	20.08.23 (дата)
	Е.А.Мельник (Ф.И.О)	(дата)
	О.В.Якубов (Ф.И.О)	(дата)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				2